

# 1120.GCシステム



装置設備名称	GCシステム
メーカー	島津製作所
商品名・型式	GC-8APT
性能・仕様	カラムオーブン：室温～400℃ 昇温プログラマつき 温調精度：±0.1℃ 試料気化室：オンカラム試料室 検出器：熱伝導度検出器（TCD）
設備概要・用途	移動相を気体とし、試料を移動相とともにカラムの中に流し、固定相の相互作用によって分離する装置です。
対象試料	液体、固体
その他・注意事項	