

1121. 全有機炭素分析装置



装置設備名称	全有機炭素分析装置
メーカー	島津製作所
商品名・型式	TOC-VCSH
性能・仕様	測定原理：680℃燃焼触媒酸化/ 非分散系赤外線ガス分析法（NDIR） 測定範囲：全炭素 0～25000 mg/L 無機体炭素 0～30000 mg/L キャリアガス：高純度空気
設備概要・用途	水中の全炭素、無機体炭素、有機体炭素を測定する装置です。
対象試料	液体
その他・注意事項	