


1122. 強伸度測定装置



装置設備名称	強伸度測定装置
メーカー	島津製作所
商品名・型式	AGS-J 20N
性能・仕様	最大荷重：5kN 速度範囲：500～0.5 mm/min 速度精度：±0.5%もしくは±0.025mm/minのいずれか大きい方 測定分解能：1/50000 測定精度：指示値の±1%以内
設備概要・用途	素材、製品の機械的強度特性を測定するための計測装置です。 小容量の単純引張・圧縮・曲げ試験を手軽に行える試験機です。
対象試料	固体
その他・注意事項	