

2103. 遺伝子導入装置



装置設備名称	遺伝子導入装置
メーカー	バイオラッド
商品名・型式	Gene Pulser II
性能・仕様	各種細胞へ遺伝子導入を行う装置 出力波形：エクスポネンシャル減衰パルス 出力電圧：50～2500V パルスコントローラーPLUS 設定抵抗値：50-1000 ∞ Ω キャパシタンスエクステンダーPLUS 設定キャパシター値：25～3275 μ F
設備概要・用途	各種細胞へ遺伝子導入を行う装置
対象試料	液体試料、細胞懸濁液
その他・注意事項	